

放射線量測定結果報告書

受付番号 No.1209Ra1904-02


報告日 平成 24 年 09 月 20 日

株式会社東京フード

御中

株式会社らいふ
エムビック環境分析センター

〒190-0022 東京都立川市錦町3-11-21



受付年月日 平成 24 年 09 月 19 日

検体の名称 下野姫 食材品目：干し芋 産地（製造地）：栃木県 採取日：9/17

検査日 平成 24 年 09 月 19 日

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

検査方法

平成 24 年 3 月 15 日 厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課 発行『食品中の放射性物質の試験法について』
平成 24 年 3 月 15 日 厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課 発行『食品中の放射性物質の試験法の取扱いについて』
換算係数：社団法人日本アイソトープ協会「緊急時における食品中の放射性セシウム測定に用いる NaI (TI) シンチレーションサーベイメータの機器校正」から引用
測定器：セイコー・イージーアンドジー株式会社 SAM940 スペクトルサーベイメータ 検出器：NaI(TI)

検査結果

項目名	結果
放射線量	不検出 CPS
	不検出 μ SV/h
セシウム137及び134	不検出 (20 未満) Bq/kg

特記事項

CPS : count per second (カウント パー セカンド) 粒子や放射線などの計数の単位
 μ : μ (マイクロ) 1000000分の一
SV : Sievert (シーベルト) 生体への被曝の大きさの単位
検出限界 : 下記を検出限界とした。
(CPS : <35.0 μ SV/h : <0.03 Bq/kg : <20)
換算係数 : 14.0 (Bq/kg/cps) Quantum-NaID により解析し算出

検査責任者 萩原 直樹

